



Be Right™



Estándar de conductividad, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$; (995 mg/L de TDS, 1000 mg/L de NaCl), 1 L

de producto: 210553
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

1000 mg/L de NaCl. Para sondas de conductividad.

También apta para estandarizar aparatos de conductividad, $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Especificaciones

Cantidad:	1 L
Concentración:	1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Descripción:	Solución estándar de cloruro sódico, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), (995 mg/l de TDS, 1000 mg/l de NaCl), 1 l
Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución