



Cartucho de valorador digital, tiosulfato de sodio, 2,00 N

de producto:

1440101

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de oxígeno disuelto mediante el método Winkler y un valorador digital. 2,0 N. Dígitos x 0,1 = mg/L OD en una muestra de 200 mL. Dígitos x 0,00025 = meq.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Modificación de azida del método Winkler
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8209
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 100 mg/L OD
Valorante:	2,00 N Na ₂ S ₂ O ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)