

Cartucho de valorador digital, ácido clorhídrico, 8,00 N

 # de producto: **1439001** Peligroso

USD Precio: Contacto Hach
Disponible





Para la determinación de la concentración de base mediante valorador digital. Dígitos x 0,01 = meq

Resultados exactos siempre que los necesite
Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible
Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil
Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico
Los reactivos titrantes concentrados permiten aproximadamente 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Punto final de fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8200 (ácido)
Parámetro:	Ácido-base
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 4000 meq/L, base
Valorante:	8,00 N HCI

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)