



Be Right™



Manganese LR PAN (50)

de producto:

HPT291

USD Precio:

Contacto Hach

Peligroso



Para la determinación de manganeso con el método PAN, con una cubeta de análisis de 50 mm. Método Hach 10286. Rango ultrabajo 0,005 - 0,500 mg/L Mn. 50 tests/paquete.

Para la determinación de manganeso con el método PAN. Rango bajo 0,005 - 0,500 mg/L Mn