Cartucho de hidróxido de sodio para valorador digital, 0,3636 N

 # de producto: **1437801** Peligroso

USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Solución de reactivo titrante preparada para la determinación de dióxido de carbono, 10 - 100 mg/L Cl_2.

Para la determinación de dióxido de carbono mediante valoración digital

Resultados precisos siempre que los necesite.
Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible
Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil
Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico
Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8205
Parámetro:	Dióxido de carbono
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 100 mg/L CO_2
Valorante:	0,3636 N NaOH

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)