



Be Right™



Cartucho de valorador digital, hidróxido de sodio, 3,636 N

de producto:

1438001

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de dióxido de carbono mediante valoración digital

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8205
Parámetro:	Dióxido de carbono
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 1000 mg/L CO ₂
Valorante:	3,636 N NaOH