



Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre, 10 ml, paquete de 1000

de producto:

2105528

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD de cloro libre

La USEPA acepta estos reactivos en polvo de cloro libre para la elaboración de informes en análisis de agua potable y aguas residuales mediante el método Hach 8021. Para obtener los mejores resultados, utilice un colorímetro o espectrofotómetro de Hach.

Detalles del producto:

- Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo
- Tamaño de muestra de 10 mL
- Rango de 0,02 a 2,00 mg/L Cl_2
- Sin ácido bórico

¿Desea simplificar los pedidos de reactivos? Consulte hoy mismo a su representante de Hach sobre nuestro sencillo sistema de envíos programados de reactivos de Hach.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	1000
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre, dióxido de cloro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.00 mg/L Cl_2
Tamaño de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)