



Cartucho de tiosulfato de sodio (estabilizado) para valorador digital, 2,26 N

de producto: 2686901
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Para la determinación de hipoclorito (lejía) mediante valoración digital. Método Hach 10100. Rango: 5 - 15 % Cl_2 (50 - 150 g/L Cl_2). Fórmula de tiosulfato de sodio estabilizado. 2,26 N Dígitos x 0,5 = g/L Cl_2 en una muestra de 0,2 mL

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Método yodométrico
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Hipoclorito
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	50 - 150 g/L Cl_2
Valorante:	2,26 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)